



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI  
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**  
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica  
REPUBLIKA SRBIJA  
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku  
Red. br. JN-17/16  
Broj: 1827-8  
Datum: 03.06.2016. godine  
Sremska Kamenica

**PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku br.JN – 17/16 – MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL**

Dana 03.06.2016. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku **JN - 17/16 – MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL**, u okviru kojeg su postavljena sledeće pitanja:

**„PITANJE :**

U nazivu (i detaljnom opisu) partije br.14 - trokomorni sistem za torakalnu drenažu – zahtevana je ukupna zapremina od 2300 ml sa 2 rezervoara od po 1150 ml. Zapremine sistema za torakalnu drenažu nisu standardizovane, a pogotovo zapremine pojedinačnih rezervoara za prednji i zadnji dren – naprotiv one se uglavnom razlikuju, pa je prvi rezervoar, odnosno komora za kolekciju dreniranog sadržaja za tzv. prednji dren uobičajeno veće zapremine od drugog rezervoara za tzv. zadnji dren.

Kako bi se izbeglo favorizovanje samo jednog ponuđača, predlažemo izmenu specifikacije, u smislu da se u sve 3 mere dozvoli odstupanje od +/- 150 ml. Tako bi ukupna zapremina bila specificirana kao 2300 ml +/- 150 ml, a dva nezavisna rezervoara bi bili sa zapreminom od 1150 ml +/- 150 ml, graduisana na 50 ml.“

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, br.14/15 i 68/15), dostavljamo odgovore na postavljena pitanja:

**Odgovor:**

**Komisija za javnu nabavku dozvoljava zahtevano odstupanje i u skladu sa tim je izvršena izmena konkursne dokumentacije br.1827-10 od 03.06.2016.godine.**

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:



Jovović Zarko, službenik za javne nabavke, član