



INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku
Red. br. JN-18/16
Broj: 1931-7
Datum: 20.06.2016. godine
Sremska Kamenica

PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku br.JN – 18/16 – SISTEM MEHANIČKE STIMULACIJE RADA SRCA

Dana 17.06.2016. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku **JN - 18/16 – SISTEM MEHANIČKE STIMULACIJE RADA SRCA**, u okviru kojeg je postavljeno sledeće pitanje:

„PITANJE :

Konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku *Sistem mehaničke stimulacije rada srca* u partiji 1 navedeno je: Implantacijska pumpa za mehaničku potporu rada levog ventrikla sa integriranom ulaznom kanilom, minijaturizirana, zapremine 50cc, maksimalne težine pumpe 160g.

Pitanje: Da li možete da izmenite konkursnu dokumentaciju na način da prihvatite i implantacijsku pumpu za mehaničku potporu rada levog ventrikla sa integriranom ulaznom kanilom, minijaturizirana, zapremine 80cc, maksimalne težine pumpe 200g?

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, br.14/15 i 68/15), dostavljamo odgovore na postavljena pitanja:

Odgovor:

Komisija za predmetnu javnu nabavku ostaje pri konkursnoj dokumentaciji, bez izmena, iz sledećih razloga:

Pumpe manjih dimenzija smo tražili zbog:

1. zbog manjeg krvarenja prilikom implantacije i posle implantacije pumpe
2. mogućnosti implantacije i na levom i na desnom ventriklu kod istog pacijenta
3. mogućnosti implantacije torakotomijskim pristupom, to jest izbegavanje otvaranja grudnog koša sternotomijom kod pojedinih pacijenata, kada je to potrebno
4. mogućnosti ugradnje u pacijente vrlo gracilne građe i malih dimenzija prsnog koša, tj. u pacijenata s malim i vrlo malim Body mass index-om .

Prihvatanjem vaše molbe da se poveća težina pumpe na 200 g i zapremina na 80 cc reducira nam mogućnost i versatilnost ugradnje te pumpe u široki spektar pacijenata, a zbog ograničenih finansijskih sredstava nismo u mogućnosti da kupimo veći broj pumpi, koje bismo mogli da podelimo u odvojene partije, prema građi pacijenata, te zbog toga ostajemo pri stavu da ne menjamo konkursnu dokumentaciju.

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioaca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:



Jovović Zarko, službenik za javne nabavke, član