



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ  
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА  
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



ЈН-03/17  
Број: 514-4  
Датум: 24.02.2017.  
Ср. Каменица

Комисија за јавну набавку образована решењем директора ИКБВБ број 514-1 од 21.02.2017. године, сачинила је

### **Додатно појашњење за јавну набавку ЈН-03/17 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ**

Дана 23.02.2017. године примили смо допис заинтересованог лица, заведен у ИКБВБ под бројем 577, за јавну набавку ЈН-03/17 - потрошни материјал за стерилизацију, у оквиру којег је постављено следеће питање:

*„ Партија бр.2 - Потрошни материјал за рад на гасном – парном стерилизатору*

*Ставка бр.3 - Појасните какав Bowie disk Вам је потребан? Готов, припремљен пакет или А4 лист?*

*Ставка бр 4 – Појасните о ком индикатору је тачно реч и које вам је време потребно за трајање стерилизације?*

*Ставка бр. 6 - Која Вам је тачно потребна концентрација ампуле за стерилизацију пара – контрола посебно G.stearotherophilus 10<sup>5</sup> или G.stearotherophilus 10<sup>6</sup>, (време читавања је резултат након 24 сата)? “*

**На основу члана 63. став 3, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, бр. 14/15 и 68/15) достављамо вам одговор:**

1. Потребан нам је готов, припремљен пакет BOWIE-DICK теста.
2. Хемијски индикатор класе тачности 6, 134°C – 7 минута
3. Одговара нам и једна и друга концентрација ампуле.

**Наведени одговор ће без одлагања бити објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ