



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА**
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



ЈНОПОС-02/17
Број: 463-5
Датум: 8.3.2017.
Ср. Каменица

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку ЈНОПОС-02/17 – РТГ цеви за ангиографску салу Axiom Artis dFC и ЦТ скенер Somatom Definition Flash са услугом уградње образована Решењем директора број 463-1 од 13.02.2017. године, припремила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОПОС-02/17

I У Конкурсној документацији број 463-3 од 13.02.2017. године, у делу 2) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл., под 2)1) врста техничке карактеристике (спецификација), на страници 4/53, техничке карактеристике за партију бр. 2, тачка 1.2, мења се и гласи:

Мин. 2 фокуса, навести величине, од којих величина најмањег фокуса мора бити мах.
0.7 x 0.7 mm/7°; 0.9 x 1.1 mm/7°

II Понуђачи су дужни да попуне Нову табелу техничких карактеристика која се налази у прилогу ове измене и исту да доставе, у супротном понуда ће се одбити као неприхватљива.

III Измена и допуна Конкурсне документације ће без одлагања бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку

Нова табела техничких карактеристика:

Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена цев		ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
		ДА/НЕ	КОМЕНТАР
РТГ цев Straton MXP ком 1 или одговарајуће			
1	2	3	4
1.1	Мах. напон мин. 140KV		
1.2	Мин. 2 фокуса, навести величине, од којих величина најмањег фокуса мора бити мах. 0.7 x 0.7 mm/7°; 0.9 x 1.1 mm/7°		
1.3	Топлотни капацитет аноде мин. 7.3MHU/Min		