



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



ЈН-03/17
Број: 514-8
Датум: 15.03.2017.
Ср. Каменица

Комисија за јавну набавку образована решењем директора ИКВБВ број 514-1 од 21.02.2017. године, сачинила је

Додатно појашњење за јавну набавку ЈН-03/17 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

Дана 14.03.2017. године примили смо допис заинтересованог лица, заведен у ИКВБВ под бројем 825, за јавну набавку ЈН-03/17 - потрошни материјал за стерилизацију, у оквиру којег је постављено следеће питање:

„ Молимо Вас да нам појасните, везано за партију бр.9-текстилни материјал, ставка бр.8-компреса велика плава 270x200 цм са две рупе ф9 цм.

Где се тачно налазе та два отвора ф9 цм, која је удаљеност једног од другог отвора, која је удаљеност сваког појединачног отвора од дужине, односно ширине компресе? “

На основу члана 63. став 3, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, бр. 14/15 и 68/15) достављамо вам одговор:

Рупе – отвори се налазе на средини компресе на удаљености од 60 цм од ивица компресе по дужини и на 84 цм од ивица компресе по ширини. Размак између рупа – отвора треба да износи 13 цм

Наведени одговор ће без одлагања бити објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ