



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE
BOLESTI VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Red.br. JN 10/17
Broj:785-8/17
Dana:28.04.2017. godine
Sremska Kamenica

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12, 14/15 i 68/15) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 785-7/17 od 28.04.2017. godine, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine doneo je

ODLUKU O DODELI UGOVORA Red. br. JN-10/17

I DODELJUJE se ugovor o javnoj nabavci JN-10/17 – medicinski potrošni materijal za elektrofiziološka ispitivanja i ablacije, oblikovanoj po partijama od 1 do 13, po Javnom pozivu objavljenom na Portalu javnih nabavki 20.03.2017; Internet stranici Naručioca i Portalu „Službenog glasnika RS“:

partija br.1 Ablacioni kateter sa spoljnom irigacijom vrha, 7F
Sanomed d.o.o., Omladinska 2, Beograd

partija br.2 Ablacioni kateter sa spoljnom irigacijom vrha, 8F
Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

partija br.5 Ablacioni kateteri bez irigacije vrha
Sanomed d.o.o., Omladinska 2, Beograd

partija br. 6 Uvodinici za traseptalnu ablaciju 8 i 8,5F sa ekstra oštrim iglama
Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

partija br.7 Uvodinici za traseptalnu ablaciju 8 ili 8,5F sa odgovarajućim iglama
Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

partija br.8 Dvadesetopolni "Halo" kateteri
Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

partija br. 9 Dijagnostički četvoropolni kateteri
Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

partija br. 10 Dijagnostički dekapolarni kateteri
Sanomed d.o.o., Omladinska 2, Beograd

partija br.11 Tubing set
Hermes system d.o.o., Gospodar Jevremova 1, Beograd

partija br.12 punkcijske igle 18G
Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

partija br.13 Guide wire vodič žice za dijagnostiku 0.032
Stiga d.o.o. Bolmanska 8, Novi Sad

II Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici u roku od tri dana od dana donošenja.

Obrazloženje

Naručilac je dana 10.3.2017.g. doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke broj: JN-10/17.

Poziv za podnošenje ponuda objavljen je na Portalu javnih nabavki 20.03.2017, internet stranici naručioca i Portalu „Službenog glasnika RS”, a .

Nakon sprovedenog otvaranja ponuda.i sačinjavanja Zapisnika o otvaranju ponuda broj: 786-6/17 od 19.04.2017.g, Komisija za javnu nabavku je pristupila stručnoj oceni ponuda.

U izveštaju u stručnoj oceni ponuda konstatovano je sledeće:

1. Predmet javne nabavke:

Predmet javne nabavke je nabavka medicinski potrošni materijal za elektrofiziološka ispitivanja i ablacije JN-10/17 oblikovane po partijama od 1 do 13.

Partija 1	Ablacioni kateter sa spoljnom irigacijom vrha, 7F
Partija 2	Ablacioni kateter sa spoljnom irigacijom vrha, 8F
Partija 3	Ablacioni kateter sa bidirekcionom defleksijom, spoljnom irigacijom vrha
Partija 4	Elektrode za Ensite sistem
Partija 5	Ablacioni kateteri bez irigacije vrha
Partija 6	Uvodnici za traseptalnu ablaciju 8 i 8,5F sa ekstra oštrim iglama
Partija 7	Uvodnici za traseptalnu ablaciju 8 ili 8,5F sa odgovarajućim iglama
Partija 8	Dvadesetopolni "Halo" kateteri
Partija 9	Dijagnostički četvoropolni kateteri
Partija 10	Dijagnostički dekapolarni kateteri
Partija 11	Tubing set
Partija 12	punkcijske igle 18G
Partija 13	Guide wire vodič žice za dijagnostiku 0.032

2. Procenjena vrednost javne nabavke ukupno i posebno za svaku partiju:

Procenjena vrednost javne nabavke, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, iznosi **6.817.600,00 dinara bez pdv** i to po partijama:

Br. partije	vrednost bez pdv
Partija br.1	2.588.400,00
Partija br.2	532.500,00
Partija br.3	125.000,00

Partija br.4	224.000,00
Partija br.5	559.200,00
Partija br.6	705.000,00
Partija br.7	171.500,00
Partija br.8	476.000,00

Partija br.9	824.000,00
Partija br.10	298.000,00
Partija br.11	260.000,00
Partija br.12	25.000,00
Partija br.13	29.000,00

3) osnovni podaci o ponuđačima:

U javnoj nabavci JN-10/17 – medicinski potrošni materijal za elektrofiziološka ispitivanja i ablacije ponudu su podneli sledećih 7 ponuđača:

1327 1327-1	Austro-line d.o.o. Tolstojeva 20a, Beograd	17240323	102009324	Beograd-Savski Venac
Ponuđač je ponudu podneo samostalno, za partiju broj: 5, 8, 9 10, 12, 13. Rok važenja ponude: 65 dana. Ponuđač se nalazi u registru ponuđača. Ponuđač je iskazao troškove pripreme ponude za JN-10/17 u iznosu od 1.208,07din sa pdv.				

1346	Hermes system d.o.o. Gospodar Jevremova 1, Beograd	20063238	103965212	Beograd – Stari Grad
Ponudač je ponudu podneo samostalno, za partiju broj: 11. Rok važenja ponude: 65 dana. Ponudač se nalazi u registru ponuđača. Ponudač nije iskazao troškove pripreme ponude za JN-10/17.				

Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ponuđača	Matični broj	PIB	Opština
1351 1351-1	Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, eograd	17164023	100205444	Beograd-Voždovac
Ponudač je ponudu podneo samostalno, za partije broj: 7, 12. Rok važenja ponude: 60 dana. Ponudač se nalazi u registru ponuđača. Ponudač nije iskazao troškove pripreme ponude za JN-10/17.				

1358	Sanomed d.o.o. Omladinska 2, Beograd	20563133	106247947	Beograd-Savski venac
Ponudač je ponudu podneo samostalno, za partiju broj: 1, 5, 10 Rok važenja ponude: 60 dana. Ponudač se nalazi u registru ponuđača. Ponudač nije iskazao troškove pripreme ponude za JN-10/17.				

1363	Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd	17174967	100047296	Beograd-Novi Beograd
Ponudač je ponudu podneo samostalno, za partije broj: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 Rok važenja ponude: 60 dana. Ponudač se nalazi u registru ponuđača. Ponudač nije iskazao troškove pripreme ponude za JN-10/17.				

1366 1366-1	Stiga d.o.o. Bolmanska 8, Novi Sad	08180598	100239277	Novi Sad – grad
Ponudač je ponudu podneo samostalno, za partiju broj: 13. Rok važenja ponude: 65 dana. Ponudač se nalazi u registru ponuđača. Ponudač nije iskazao troškove pripreme ponude za JN-10/17.				

1374	Vicor d.o.o., Bulevar Maršala Tolbuhina 42, Novi Beograd	07738412	100134880	Beograd-Novi Beograd
Ponudač je ponudu podneo samostalno, za partije broj: 3, 8, 9, 10. Rok važenja ponude: 60 dana. Ponudač se nalazi u registru ponuđača. Ponudač nije iskazao troškove pripreme ponude za JN-10/17.				

Broj ponuda po partijama:

Br. partije	Broj ponuda
Partija br.1	1
Partija br.2	1
Partija br.3	2
Partija br.4	1

Partija br.5	2
Partija br.6	1
Partija br.7	1
Partija br.8	3
Partija br.9	3

Partija br.10	4
Partija br.11	1
Partija br.12	2
Partija br.13	2

4) Ponude koje su odbijene, razloge za njihovo odbijanje i ponuđena cena tih ponuda:

a. kao neodgovarajuća odbijena je ponuda ponuđača:

Naziv ili šifra ponuđača	Broj partije, naziv partije	Obrazloženje
Austroline d.o.o. Tolstojeva 20a, Beograd	9. Dijagnostički četveropolni kateteri	<p><i>U partiji 9 u obrascu Informacija o ponuđenim dobrima, pod stavkom 1a zahtevano je: „Četveropolni kateteri deflektabilna krivina, dijametra 5Fr ili 6Fr, razmak elektroda: 2-5-2, broj elektroda 4, mogućnost izbora krivine M ili odgovarajuće. Mehanizam: povuci-pritisni”.</i></p> <p><i>U partiji 9 u obrascu Informacija o ponuđenim dobrima, pod stavkom 1b zahtevano je: „Četveropolni kateteri deflektabilna krivina, dijametra 5Fr ili 6Fr, razmak elektroda: 2-5-2, broj elektroda 4, mogućnost izbora krivine L ili odgovarajuće Mehanizam: povuci-pritisni”.</i></p> <p>Ponuđač je za obe stavke ponudio Sirius Kateter kataloškog broja 28426 za koji u priloženom katalogu stoji: „pole spacing: 5mm” - što nije odgovarajuće zahtevanom razmaku elektroda: 2-5-2.</p> <p>U katalogu ponuđenog dobra stoji „CurveØ:45mm”. Komisija je mišljenja da ponuđena krivina 45mmØ ne može biti istovremeno odgovarajuća i zahtevanoj M i zahtevanoj L krivini.</p> <p>Stoga, ponuda ponuđača Austroline d.o.o. Tolstojeva 20a, Beograd za partiju broj 9 se odbija kao neodgovarajuća u smislu člana 3. stav. 1, tačka 32 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).</p> <p>Ponuđena cena: 810.900,00 dinara bez pdv-a.</p>
Vicor d.o.o., Bulevar Maršala Tolbuhina 42, Novi Beograd	9. Dijagnostički četveropolni kateteri	<p><i>U partiji 9 u obrascu Informacija o ponuđenim dobrima, pod stavkom 1a zahtevano je: „... mogućnost izbora krivine M ili odgovarajuće...”.</i></p> <p><i>U partiji 9 u obrascu Informacija o ponuđenim dobrima, pod stavkom 1b zahtevano: „...mogućnost izbora krivine L ili odgovarajuće...”.</i></p> <p>Ponuđač je za obe stavke ponudio: Dynamic xt kataloških brojeva M0042011030 i M0046dynxt0090</p> <p>. Za koje u priloženom katalogu stoji: „Curve style: Large 4.0”.</p> <p>Komisija je mišljenja da ponuđena krivina „Large 4.0”. ne može biti istovremeno odgovarajuća i zahtevanoj M i zahtevanoj L krivini. Ponuđena krivina nije odgovarajuća zahtevanom u stavci 1a „ mogućnost izbora krivine M ili odgovarajuće.” Stoga, ponuda ponuđača Vicor d.o.o., Bulevar Maršala Tolbuhina 42, Novi Beograd za partiju broj 9 se odbija kao neodgovarajuća u smislu člana 3. stav. 1, tačka 32 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).</p> <p>Ponuđena cena: 638 940,00 dinara bez pdv-a.</p>
Austroline d.o.o. Tolstojeva 20a, Beograd	10. Dijagnostički dekapolarni kateteri	<p><i>U partiji 10 u obrascu Informacija o ponuđenim dobrima, pod stavkom 1b zahtevano je: „ Deflektabilni dekapolarni kateteri, mogućnost izbora krivine tipa F ili odgovarajući...”.</i></p> <p>Ponuđač je za pod stavkom 1b ponudio Sirius kateter kataloškog broja 28431 za koji u priloženom katalogu stoji: „CurveØ:60mm”.</p> <p>Krivina tipa F je dužine deflektabilnog dela 76mm, prečnika krivine 50mm.</p> <p>Ponuđeni kateter sa prečnikom krivine od 60mm nije odgovarajući zahtevanoj krivini tipa F ili odgovarajući koja ima prečnik krivine od 50mm.</p> <p>Stoga, ponuda ponuđača Austroline d.o.o. Tolstojeva 20a, Beograd za partiju broj 10 se odbija kao neodgovarajuća u smislu člana 3. stav. 1, tačka 32 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).</p> <p>Ponuđena cena: 263 000,00 dinara bez pdv-a.</p>

Vicor d.o.o., Bulevar Maršala Tolbuhina 42, Novi Beograd	10. Dijagnostički dekapolarni kateteri	<p><i>U partiji 10 u obrascu Informacija o ponuđenim dobrima, pod stavkom 1a zahtevano je: „Deflektabilni dekapolarni kateteri, mogućnost izbora krivine tipa D ili odgovarajući...”.</i></p> <p>Ponuđač je za pod stavkom 1a ponudio Polaris kateter kataloškog broja M0047004D0 za koji u priloženom katalogu stoji: „Curve style:270° standard”.</p> <p>Krivine tipa D imaju dužina deflektabilnog dela 64mm, prečnik krivine 47mm. Ponuđeni kater sa krivnom tipa: „Curve style:270° standard” nije odgovarajući obliku krivine tipa D ili odgovarajući, što se vidi iz kataloga priloženog u ponudi na strani broj 8.</p> <p>Stoga, ponuda ponuđača Vicor d.o.o., Bulevar Maršala Tolbuhina 42, Novi Beograd za partiju broj 10 se odbija kao neodgovarajuća u smislu člana 3. stav. 1, tačka 32 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).</p> <p>Ponuđena cena: 263 960,00 dinara bez pdv-a.</p>
Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd	10. Dijagnostički dekapolarni kateteri	<p>Ponuđač je za pod stavkom 1a ponudio „Liwewire Steerable Liwewire Steerable Electrophysiology cahteter” kataloškog broja 401575 za koji u priloženom katalogu stoji: „Distal Reach: Med Sweep”. Iz čega proizilazi da je dužina deflektabilnog iznosi 70mm, a prečnik krivine 30mm.</p> <p>Krivina tipa D ima dužinu deflektabilnog dela 64mm, prečnik krivine 47mm. Ponuđeni kater sa prečnikom krivine od 30mm nije odgovarajući zahtevanoj krivini tipa D ili odgovarajući koja ima prečnik krivine od 47mm.</p> <p>Ponuđač je za pod stavkom 1b ponudio „Liwewire Steerable Liwewire Steerable Electrophysiology cahteter” kataloškog broja 401492 za koji u priloženom katalogu stoji: „Distal Reach: Extra Lrg Curl”. Iz čega proizilazi da je dužina deflektabilnog dela 118mm, a prečnik krivine 45mm.</p> <p>Krivine tipa F imaju dužina deflektabilnog dela 76mm, prečnik krivine 50mm. Ponuđeni kater sa oblikom, odnosno dužinom deflektabilnog dela od 118mm nije odgovarajući zahtevanoj krivini tipa F ili odgovarajući koja ima dužinu deflektabilnog dela od 76mm.</p> <p>Stoga, ponuda Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd za partiju broj 10 se odbija kao neodgovarajuća u smislu člana 3. stav. 1, tačka 32 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).</p> <p>Ponuđena cena: 302 000,00 dinara bez pdv-a.</p>
Austroline d.o.o. Tolstojeva 20a, Beograd	partija 12 punkcijske igle 18G	<p><i>U tehničkim karateristikama zahtevano je:</i> <i>„punkcijske igle (7-9cm; 18G; kompatibilne sa žicom 0.038) – za atraumatsku punkciju vene femorails”</i></p> <p><i>Dalje stoji:</i> <i>„Punkcione igle – moraju biti atraumatske, da ne cepa tkivo prilikom prolaženja kroz kožu i potkožno tkivo. Moraju ostati dovoljno oštre prilikom višestrukih punkcija vene femorails.”</i></p> <p>Kod primene uzoraka utvrđeni su određeni nedostaci: Prilikom višestrukih punkcija vene femoralis, igla se brzo tupi te igla cepa tkivo prilikom prolaženja kroz kožu i potkožno tkivo; naročito kod pacijenata kod kojih je intervencija rađena više puta iz prepone te postoje fibrozne promene. Prilikom punkcije vene femoralis igla se lako savija.</p> <p>Ponuda ponuđača Austroline d.o.o. Tolstojeva 20a, Beograd za partiju broj 12 se odbija kao neodgovarajuća u smislu člana 3. stav. 1, tačka 32 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u skladu sa 2.2.6 (strana 7) konkursne dokumentacije:</p> <p>Kod primene uzoraka utvrđeni su određeni nedostaci koji utiču na sigurnost, kvalitet i brzinu izvođenja procedura - na način kako se one vrše u IKVBV. Ponuđena cena: 6.750,00 dinara bez pdv-a.</p>

b. kao neprihvatljive odbijene su sve ponude koje su preko procenjene cene i to:

Naziv ili šifra ponuđača	Broj partije, naziv partije	Ponuđena cena	Procenjena cena
Vicor d.o.o., Bulevar Maršala Tolbuhina 42, Novi Beograd	partija br.3 Ablacioni kateter sa bidirekcionom defleksijom, spoljnom irigacijom vrha	164.000,00	125.000,00
Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd	partija br.3 Ablacioni kateter sa bidirekcionom defleksijom, spoljnom irigacijom vrha	157.500,00	125.000,00
Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd	partija br.4 Elektrode za Ensite sistem	240.000,00	224.000,00

5) Ako je ponuda odbijena zbog neuobičajeno niske cene, detaljno obrazloženje - način na koji je utvrđena ta cena: /

6) Način primene metodologije dodele ponuda:

Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

Ocenjivanje i rangiranje ponuda:

Partija br.1 Ablacioni kateter sa spoljnom irigacijom vrha, 7F

ran gira -nje	Naziv ponuđača	Ponuđeno dobro: Komercijalni naziv; Proizvođač	vrednost po stavkama bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV:
1	Sanomed d.o.o., Omladinska 2, Beograd,	r.b.1.:Celsius thermocool catheter; Blosense Webster r.b.2. sterile catheter connection cable, ablation, cable, Stockert	r.b.1.:2.520.000,00 r.b.2.:68.400,00	2.588.400,00 Din.

Partija br.2. Ablacioni kateter sa spoljnom irigacijom vrha, 8F

ran gira -nje	Naziv ponuđača	Ponuđeno dobro: Komercijalni naziv; Proizvođač	vrednost po stavkama bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV:
1	Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd	r.b.1: Flexabilyti ablation catheter;St.Jude Medical r.b.2.:electropysiology cable, St.Jude Medical	r.b.1.: 500.000,00 r.b.2.:32.500,00	532.500,00 Din.

Partija br.5. Ablacioni kateteri bez irigacije vrha

ran gira -nje	Naziv ponuđača	Ponuđeno dobro: Komercijalni naziv; Proizvođač	vrednost po stavkama bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV:
1	Sanomed d.o.o., Omladinska 2, Beograd,	r.b.1.: Celsius 4mm cahteter thermocouple; Biosense Webster r.b.2. sterile cahteter connection cable, ablation, cable; Stockert	r.b.1.: 485.000,00 r.b.2.: 34.200,00	519.200,00 Din.
2	Austro-line d.o.o. Tolstojeva 20a, Beograd	r.b.1.: Cerblate easy; Osypka r.b.2: connection cable for catheter; Osypka nemačka	r.b.1: 503.500,00 r.b.2: 27.000,00	530.500,00 Din.

Partija br.6. Uvodinici za traseptalnu ablaciju 8 i 8,5F sa ekstra oštrim iglama

ran gira -nje	Naziv ponuđača	Ponuđeno dobro: Komercijalni naziv; Proizvođač	vrednost po stavkama bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV:
1	Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd	r.b.1: swatz braided transseptal guiding introducer; St jude r.b.2.: Agilis Nxt Steerable Introducer, St.Jude r.b.3.: brk transseptal needle St.Jude	r.b.1.: 130.000,00 r.b.2.: 435.000,00 r.b.3: 140.000,00	705.000,00 Din.

Partija br.7. Uvodinici za traseptalnu ablaciju 8ili 8,5F sa odgovarajućim iglama

ran gira -nje	Naziv ponuđača	Ponuđeno dobro: Komercijalni naziv; Proizvođač	vrednost po stavkama bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV:
1	Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd	r.b.1: HeartSpan Fixed Curve Transseptal Sheath; Merit r.b.2.: HeartSpan Steerable Sheath; Merit Medical r.b.3.: HeartSpan Transseptal Needle; Merit Medical	r.b.1.: 27.445,00 r.b.2.: 115.000,00 r.b.3: 28.680,00	171.125,00 Din.

Partija br.8. Dvadesetopolni "Halo" kateteri

ran gira -nje	Naziv ponuđača	Ponuđeno dobro: Komercijalni naziv; Proizvođač	vrednost po stavkama bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV:
1	Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd	r.b.1: Livewire Steerable Electrophysiology catheter; St.Jude r.b.2.: Liwwire TC catheter Extension cable; St.Jude	r.b.1.: 400.000,00 r.b.2.: 40.000,00	440.000,00 Din.
2	Vicor d.o.o., Bulevar Maršala Tolbuhina 42, Novi Beograd	r.b.1: Blazer dx-20 diagnostic catheter; Boston SC r.b.2.: sterilce cables; BostonSC	r.b.1.: 428.000,00 r.b.2.: 26.500,00	454.500,00 Din.
3	Austro-line d.o.o. Tolstojeva 20a, Beograd	r.b.1: Sirius flutter; Osypka Nemačka. r.b.2.: connection cable for catheter; Osypka Nemačka.	r.b.1.: 420.000,00 r.b.2.: 44.000,00	464.000,00 Din.

Partija br.9. Dijagnostički četvoropolni kateteri

ran gira -nje	Naziv ponuđača	Ponuđeno dobro: Komercijalni naziv; Proizvođač	vrednost po stavkama bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV:
1	Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd	r.b.1: Liwwire steerable Electropysiology catheter; St.jude medical r.b.2.: Liwwire TC catheter extension cable; St.jude r.b.3.: Supreme Electrophysiology catheter; St.jude medical r.b.4: preme electropysiology extension cable; St.jude	r.b.1.: 438.000,00 r.b.2.: 40.000,00 r.b.3: 248.500,00 r.b.4: 32.000,00	758.500,00 Din.

Partija br.10. Dijagnostički dekapolarni kateteri

ran gira -nje	Naziv ponuđača	Ponuđeno dobro: Komercijalni naziv; Proizvođač	vrednost po stavkama bez PDV-a	Ukupna vrednost bez PDV:
1	Sanomed d.o.o., Omladinska 2, Beograd,	r.b.1.: webster decapolar catheter deflectable; Biosense webster r.b.2. sterile extension cable, diagnostic cable; Technomed europe	r.b.1.: 262.000,00 r.b.2.: 36.000,00	298.000,00 Din.

Partija br.11. Tubing set

ran gira -nje	Naziv ponuđača	Ponuđeno dobro: Komercijalni naziv; Proizvođač	Ukupna vrednost bez PDV:
1	Hermes system d.o.o. Gospodar Jevremova 1, Beograd	Qiona Tube set incl extension Moller Medical GmbH Nemačka	260.000,00 Din.

Partija br.12. PUNKCIJSKE IGLE 18G

ran gira -nje	Naziv ponuđača	Ponuđeno dobro: Komerijalni naziv; Proizvođač	Ukupna vrednost bez PDV:
1	Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd	Merit Advance; Merit medical	25.000,00 Din.

Partija br.13. PUNKCIJSKE IGLE 18G

ran gira -nje	Naziv ponuđača	Ponuđeno dobro: Komerijalni naziv; Proizvođač	Ukupna vrednost bez PDV:
1	Stiga d.o.o. Bolmanska 8, Novi Sad	Emerald Diagnostic Guidewires; Cordis, SAD	10.937,50 Din.
2	Austro-line d.o.o. Tolstojeva 20a, Beograd	Angioflex; Kimal PLC	13.500,00 Din.

7) Naziv ponuđača kojima se dodeljuju ugovori, a ako je ponuđač naveo da će nabavku izvršiti uz pomoć podizvođača i naziv podizvođača:

Komisija za javnu nabavku posle sprovedene stručne ocene ponuda predlaže da se ugovori o javnoj nabavci dodele sledećim ponuđačima:

partija br.1 Ablacioni kateter sa spoljnom irigacijom vrha, 7F

Sanomed d.o.o., Omladinska 2, Beograd

partija br.2 Ablacioni kateter sa spoljnom irigacijom vrha, 8F

Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

partija br.5 Ablacioni kateteri bez irigacije vrha

Sanomed d.o.o., Omladinska 2, Beograd

partija br. 6 Uvodinici za traseptalnu ablaciju 8 i 8,5F sa ekstra oštrim iglama

Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

partija br.7 Uvodinici za traseptalnu ablaciju 8 ili 8,5F sa odgovarajućim iglama

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

partija br.8 Dvadesetopolni "Halo" kateteri

Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

partija br. 9 Dijagnostički četvoropolni kateteri

Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

partija br. 10 Dijagnostički dekapolarni kateteri

Sanomed d.o.o., Omladinska 2, Beograd

partija br.11 Tubing set

Hermes system d.o.o., Gospodar Jevremova 1, Beograd

partija br.12 punkcijske igle 18G

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

partija br.13 Guide wire vodič žice za dijagnostiku 0.032

Stiga d.o.o. Bolmanska 8, Novi Sad

Za partije:

partija br.3 Ablacioni kateter sa bidirekcionom defleksijom, spoljnom irigacijom vrha

partija br.4 Elektrode za Ensiste sistem

komisija predlaže da se obustavi postupak shodno članu 109. stav 1 Zakona o javnim nabavkama iz razloga što nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora - naručilac nije pribavio najmanje jednu blagovremenu, odgovarajuću i prihvatljivu ponudu.

Komisija predlaže da se postupak za partije broj 3 i 4 sprovede u roku od 10 dana nakon konačnosti odluke o obustavi postupka.

Ovlašćeno lice Naručioca prihvatilo je predlog Komisije te je na osnovu ovlašćenja iz člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12, 14/15 i 68/15) donelo odluku kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti Naručiocu zahtev za zaštitu prava u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Zahtev za zaštitu prava se podnosi Naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije broj 840-30678845-06 uplati taksu iz člana 156. stav 1. tačka 5) ZJN u iznosu od 120.000,00 dinara, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava, koje je objavljeno na internet stranici Republičke komisije za zaštitu prava.

DIREKTOR INSTITUTA ZA KVBV


88 **Prof. dr Aleksandar Redžek**

